

投标分项报价表

项目编号/包号: JSZC-320400-YTZB-G2024-0077 项目名称: 常州市第二人民医院

院护理无线移动查房车采购项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	移动查房车	诺博	E30X0	<p>整车采用铝合金材料, 耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒; 通过抗菌测试, 抗菌率$\geq 99.9\%$, 抗菌耐腐蚀, 持久耐用;</p> <p>实际操作台面 (不含把手和键盘托) 尺寸为$\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm}$</p> <p>采用铝合金一体成型设计台面, 承重抗压性强, 耐受医院常用消毒剂, 耐清洗, 耐刮擦, 抗紫外线; 显示器支架后移或侧移, 不占用台面空间, 保障台面使用空间利用率; (提供台面铝合金压铸一体成型的整机和局部细节实物照片证明)</p> <p>工作台面具有与台面一体成型的铝合金防滑挡条, 高度$\geq 25\text{mm}$; 挡条与台面无缝一体成型, 防止物品滑落和漏液侵蚀车体; (提供与台面压铸一体成型的铝合金防滑挡条真机实物照片证明)</p> <p>工作台面具有与台面一体成型的全铝合金把手, 把手与台面之间无螺丝固定, 颜色材质一致, 坚固耐用; 把手为闭环设计, 方便操作推动; (提供与台面压铸一体成型的铝合金把手真机实物照片)</p> <p>配置与台面把手一体成型的全铝合金键盘托, 键盘托向上倾斜$\geq 10^\circ$, 符合人体工程学设计, 操作使用舒适; (提供与台面把手一体成型的铝合金键盘托向上倾斜的真机实物照片证明)</p>	200	套	9800	1960000

			<p>台面下方内嵌 LED 键盘照明灯，支持在光线较弱情况下人体自动感应照明，方便医护人员在黑暗环境下操作使用；（提供真机实物操作演示照片证明）</p>			
			<p>配置旋转式鼠标托盘，尺寸 $\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$；支持在键盘托左右侧灵活选配，满足不同人群使用习惯，不用时旋转收缩在键盘内侧，不占用空间；（提供鼠标托盘隐藏和转出键盘托的真机实物照片证明）</p>			
			<p>采用铝合金材质升降立柱，承重耐久性能良好，采用气动升降方式，支持 $\geq 300\text{mm}$ 升降；</p>			
			<p>配置 ≥ 2 层高分子合成树脂材质抽屉，更加轻便，单层抽屉（含抽屉面板及把手）一体成型，颜色材质一致，无任何螺丝固定，无缝清洁无死角；整个抽屉采用模块化设计，支持徒手快速拆卸更换，便于后期更新维护。</p>			
			<p>采用铝合金一体成型，无缝无拼接，表面采用粉体涂料抑菌处理，耐碰耐刮耐腐蚀；专为医疗定制设计；底座向内弯曲，可有效避免推动时撞脚，方便坐姿使用；</p>			
			<p>4 个双面超静音医用万向脚轮，四轮八面着地更平稳，2 个前轮带刹车功能；脚轮具备静音、防静电、防缠绕、灵活等特性，符合医疗安规感染管控；</p>			
			<p>配置垃圾桶*2，中置物盒*1，配件采用模块化设计，方便维护更换</p>			
			<p>显示器固定支架支持单独 $\geq 150\text{mm}$ 升降；支持俯角 $\geq 15^\circ$，仰角 $\geq 30^\circ$ 调节；支持横竖屏转换，便于床旁阅片；显示器线缆完全隐藏于显示器固定支架内，无</p>			

15/12/25

				外漏。			
				★尺寸≥23.8”，最佳分辨率≥1920x1080， 内置双扬声器。			
				★CPU：配置不低于兆芯 KX-U6780A， 8核 2.7GHz ★内存：≥8GB 内存 ★固态硬盘：容量≥256GB 操作系统：支持 windows 10/KOS（麒麟 系统） Intel 系列网卡：支持 2.4G/5G Hz Wifi 网络，支持 802.11 b/g/n/ac 以上标准 接口：USB3.0≥2 个，USB2.0≥6 个；RJ45 网口≥1 个，HDMI≥1 个			
				配置防震设计的硬盘支架，固定防护硬 盘，适合医护人员高频移动操作设备， 保障数据存储安全稳定；（提供国家相 关部门颁发的硬盘支架硬件结构设计的 证书，申请人为整车厂商）			
				采用隐藏式伸缩电源线，固定在车体上， 防盗失，充电时拉出充电，方便不同距 离充电，不充电时支持自动收缩隐藏于 车体中。（现场提供样机演示）			
				支持≥8 小时续航时间			
				配置直流马达转动控制模块，防止过压、 过流、欠压、过充、过放，保护电路安 全；（提供国家有关部门颁发的马达转动 控制硬件结构设计的证书，申请人为整 车厂商）			
				电池通过 CCC 认证；（提供认证证书复 印件，须为单独电池认证非整车，同时 委托人为整车厂商）			
				配置医疗电源控制模板，确保输出电压、 电流可调节，提高电源使用效率，避免 能源浪费；（提供国家相关部门颁发的 医疗电源硬件结构设计的证书，申请人 为整车厂商）			



Handwritten signature in blue ink.

			整车通过 3C 认证; (提供整车 3c 认证证书复印件)				
			整车采用粉体涂料抑菌处理, 抗菌耐腐蚀, 抗菌率≥99%;				
			整车厂商具备完善的生产管理体系, 并同时通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO13485、ISO20000、ISO27001 认证; (提供整车厂商认证证书复印件)				
合 计						1960000	

- 注: 1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章): 江苏移动信息系统集成有限公司

日期: 2024 年 12 月 25 日



Handwritten signature in blue ink.